

<p>Инвитролоджик HBsAg–стрип подтверждающий</p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения выявления поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В</p>	<p>Набор реагентов предназначен для иммуноферментного подтверждения выявления поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах, приготовленных из крови человека.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 48 анализов.</p> <p>Метод: одностадийный «сэндвич».</p> <p>Объем образца: 100 мкл.</p> <p>Равные объемы контролей и образцов для анализа.</p> <p>Два температурных режима проведения ИФА 37 °С и 42°С.</p> <p>Суммарное время инкубаций: - от 45 мин до 1 час 45 минут в зависимости от процедуры проведения анализа.</p> <p>Чувствительность набора:</p> <ul style="list-style-type: none">- по процедуре 1 - 0,01 МЕ/мл.;- по процедуре 2 - 0,05 МЕ/мл. <p>Набор должен быть укомплектован клейкой пленкой для планшета, ванночками для реагентов, одноразовыми наконечниками для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
---	--