

Наименование	Технические характеристики
<p>ВИЧ-1,2 АГ/АТ</p> <p>Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1</p>	<p>Одновременное выявление антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке, плазме крови человека.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 192 анализов. Для ручной постановки и автоматического анализатора.</p> <p>Равные объемы контролей и образцов для анализа.</p> <p>Наличие оптического контроля точности внесения реагентов в лунки иммуносорбента.</p> <p>Постановка анализа без предварительной промывки планшета-иммуносорбента.</p> <p>Одинаковое количество промывок после каждой инкубации.</p> <p>В состав набора могут входить готовые к использованию контроли, растворы конъюгатов и хромогена в зависимости от комплектации набора.</p> <p>Чувствительность менее или равна 20 пг/мл.</p> <p>Наличие формулы расчета коэффициента позитивности.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Набор укомплектован клейкой пленкой для планшета, ванночками для реагентов, одноразовыми наконечниками для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>