

<p>Панель сывороток, не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1,2) и антиген р24 ВИЧ-1</p> <p><b>Стандарт АТ (-) ВИЧ</b> INS-20</p>	<p>Панели сывороток предназначены для оценки качества серий наборов реагентов, применяемых для выявления и подтверждения выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 методами иммуноферментного анализа и иммунного блоттинга по показателю специфичность (% отсутствия ложноположительных результатов при исследовании сывороток, не содержащих антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1).</p> <p>Сыворотки инактивированы, стабилизированы, лиофилизированы, не содержащих антитела к ВИЧ-1,2 и антиген р24 ВИЧ-1.</p> <p>Лиофилизированные сыворотки разводятся дистиллированной водой без дополнительного реагента.</p> <p>Восстановление сывороток в течение не более 5 минут при комнатной температуре без использования дополнительного оборудования.</p> <p>Наличие инструкции по применению; паспорта на серию панели; приложений, в которых указаны результаты исследований образцов в различных ИФА тест системах и иммунных блотах отечественного и импортного производства.</p> <p>Срок годности восстановленных образцов сывороток: не менее 1 месяца при температуре от 2 °С до 8 °С; не менее 6 месяцев при температуре минус 20 °С.</p> <p>Наличие трехкратного замораживания и оттаивания сывороток обязательно.</p>
---	--