

<p>Стандартная панель сывороток, содержащих антиген р24 вируса иммунодефицита человека первого типа (р24 ВИЧ-1) в различных концентрациях</p> <p>Стандарт АГ (+) ВИЧ1 р24 IPS-10-1</p>	<p>Стандартная панель сывороток предназначена для оценки качества серий наборов реагентов для выявления антигена р24 ВИЧ-1 или наборов реагентов, применяемых для одновременного выявления антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-1, отечественного или зарубежного производства, зарегистрированных в РФ, по минимальной чувствительности выявления антигена р24 ВИЧ-1 (в пг/мл).</p> <p>Сыворотки инаktivированы, стабилизированы, лиофилизированы, не содержат антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВГС и HBsAg</p> <p>Концентрация антигена р24 ВИЧ-1 в наборе не изменяется, и сохраняется на протяжении всего срока годности набора.</p> <p>Леофилизированные сыворотки разводятся дистиллированной водой без дополнительного реагента.</p> <p>Восстановление сывороток в течение не более 5 минут при комнатной температуре без использования дополнительного оборудования.</p> <p>Наличие инструкции по применению; паспорта на серию панели; приложений, в которых указаны результаты исследований образцов в различных ИФА тест системах отечественного и импортного производства.</p> <p>Срок годности восстановленных образцов сывороток: не менее 1 месяца при температуре от 2 °С до 8 °С; не менее 6 месяцев при температуре минус 20 °С.</p> <p>Наличие трехкратного замораживания и оттаивания сывороток обязательно.</p>
---	---