

<p>Набор реагентов для иммуноферментного определения антител класса G и A к <i>Chlamydia trachomatis</i></p> <p>Комби-Хлами-IgG/IgA-ДС-Tr XB-11</p>	<p>Метод: двухстадийный. Суммарное время анализа: - не более 1 ч 15 мин. (термостат 37 °С). Одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Формула расчета коэффициента позитивности. Таблица соответствия значения КП титра образца. Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов</p>
--	--